

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Caldo Soya Trypticasa
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-500
<b>Nº LOTE:</b>	21041503
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	15-04-2021
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	02-2022

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.3 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6.0 ± 0.5 mL	APRUEBA
Consistencia:	Líquido	APRUEBA
Color del medio:	Amarillo	APRUEBA
Transparencia del medio:	Transparente	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

**Karina Calderón San Martín**  
Jefe de Control de Calidad