

## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Agar Columbia
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-085
<b>Nº LOTE:</b>	21051902
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	19-05-2021
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	08-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.3 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Rojo Brillante	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Opaco	APRUEBA
Placa sin inocular (Incubada por 16 Hrs a 35°C):	No se Chocolatiza	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



**Karina Calderón San Martín**  
 Jefe de Control de Calidad