

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Agar Cromo UTI
Nº CATÁLOGO:	285-110
Nº LOTE:	21042702
FECHA DE ANÁLISIS:	27-04-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	10-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.0 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Beige-Pardo	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Ligeramente Opalescente	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	APRUEBA	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305	APRUEBA	
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	

CONTROL CONTAMINACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO

ANÁLISIS	RESULTADO	OBSERVACIONES
NHD a las 96 hrs. de incubación a 35 °C ± 2 °C	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad