

## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Agar Mac Conkey
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-200
<b>Nº LOTE:</b>	21052602
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	27-05-2021
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	05-2022

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.1 ± 0.2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Agar Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Rosa-Rojo	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Translúcido sin pp.	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	APRUEBA	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



**Karina Calderón San Martín**  
Jefe de Control de Calidad