

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Combi plate Agar Cromo UTI - Agar Cromo UTI
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-111
<b>Nº LOTE:</b>	21042402
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	26-04-2021
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	10-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA		RESULTADO
	<b>Cromo UTI</b>	<b>Cromo UTI</b>	
<b>pH:</b>	7.0 +/- 0,2	7.0 +/- 0,2	<b>APRUEBA</b>
<b>Espesor:</b>	≥ 3 mm	≥ 3 mm	<b>APRUEBA</b>
<b>Consistencia:</b>	Beige a Pardo	Beige a Pardo	<b>APRUEBA</b>
<b>Color del medio:</b>	Agar Sólido	Agar Sólido	<b>APRUEBA</b>
<b>Uniformidad del medio:</b>	Uniforme	Uniforme	<b>APRUEBA</b>
<b>Transparencia del medio:</b>	Lig. Opalescente	Lig. Opalescente	<b>APRUEBA</b>

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli ATCC 25922</i>	<b>APRUEBA</b>	
<i>Enterobacter aerogenes ATCC 13048</i>	<b>APRUEBA</b>	
<i>Klebsiella pneumoniae ATCC 13883</i>	<b>APRUEBA</b>	
<i>Proteus mirabilis ATCC 25933</i>	<b>APRUEBA</b>	
<i>Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305</i>	<b>APRUEBA</b>	
<i>Streptococcus agalactiae ATCC 12386</i>	<b>APRUEBA</b>	
<i>Staphylococcus aureus ATCC 25923</i>	<b>APRUEBA</b>	
<i>Enterococcus faecalis ATCC 29212</i>	<b>APRUEBA</b>	

Este producto ha sido aprobado para la ve

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón San Martín".

**Karina Calderón San Martín**  
Jefe de Control de Calidad