

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Combi plate Agar Cromo UTI - Agar Cromo UTI
Nº CATÁLOGO:	285-111
Nº LOTE:	21051803
FECHA DE ANÁLISIS:	18-05-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	11-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA		RESULTADO
	Cromo UTI	Cromo UTI	
pH:	7.0 +/- 0,2	7.0 +/- 0,2	APRUEBA
Espesor:	≥ 3 mm	≥ 3 mm	APRUEBA
Consistencia:	Beige a Pardo	Beige a Pardo	APRUEBA
Color del medio:	Agar Sólido	Agar Sólido	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Lig. Opalescente	Lig. Opalescente	APRUEBA

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli ATCC 25922</i>	APRUEBA	
<i>Enterobacter aerogenes ATCC 13048</i>	APRUEBA	
<i>Klebsiella pneumoniae ATCC 13883</i>	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis ATCC 25933</i>	APRUEBA	
<i>Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305</i>	APRUEBA	
<i>Streptococcus agalactiae ATCC 12386</i>	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus ATCC 25923</i>	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis ATCC 29212</i>	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la ve

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón San Martín".

Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad