

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl



Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Combi plate Agar Sangre Columbia / Agar Chocolate GC
Nº CATÁLOGO:	285-580
Nº LOTE:	21050501
FECHA DE ANÁLISIS:	05-05-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	08-2022

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	Chocolate GC	Base Sangre
Espesor:	7.2 ± 0.2	≥ 3 mm
Consistencia:	≥ 3 mm	Agar Sólido
Color del medio:	Agar Sólido	Agar Sólido
Uniformidad del medio:	Café	Rojo Brillante
Transparencia del medio:	Uniforme	Uniforme
	Opaco	Opaco

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	APRUEBA	
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	APRUEBA	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	APRUEBA	
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 19418	APRUEBA	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la ve

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad