

## Certificado de Análisis

<b>PRODUCTO:</b>	Medio OF con Glucosa
<b>Nº CATÁLOGO:</b>	285-840
<b>Nº LOTE:</b>	21050802
<b>FECHA DE ANÁLISIS:</b>	10-05-2021
<b>FECHA DE EXPIRACIÓN :</b>	03-2022

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	7.1 ± 0.2	APRUEBA
Volumen:	6.0 ± 0.2 mL	APRUEBA
Consistencia:	Agar Semi-Sólido	APRUEBA
Color del medio:	Verde Azulado	APRUEBA
Uniformidad del medio:	Uniforme	APRUEBA
Transparencia del medio:	Leve Opaco	APRUEBA

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	APRUEBA	
<i>Alcaligenes faecalis</i> ATCC 8750	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



**Karina Calderón San Martín**  
Jefe de Control de Calidad