



Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile
Tel: +(562) 2654 1100
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Müller Hinton Sangre	21061802	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-230	09/2021	23/06/2021

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido	Uniforme	Opaco	4.2 ± 0.3 mm	7.4 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	Según referencia CLSI M02 13 th Edition y M100 31th Edition

Placa sin inhocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)

Este producto ha sido aprobado para la venta.

APRUEBA

Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad