

Certificado de análisis

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Agar Sangre Soya Trypticasa | 21062302 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-350 | 10/2021 | 23/06/2021 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Rojo brillante | Agar sólido | Uniforme | Opaco | ≥ 3 mm | 7.3 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado |
|--|-------------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Hemólisis beta APRUEBA |
| <i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386 | Hemólisis beta suave APRUEBA |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 | Hemólisis beta APRUEBA |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 | Hemólisis alpha APRUEBA |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228 | Hemólisis gamma APRUEBA |
| Test de Camp | Positivo APRUEBA |

Placa sin inocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad