

## Certificado de Análisis

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| PRODUCTO:             | Caldo Selenito Cistina |
| Nº CATÁLOGO:          | 285-492                |
| Nº LOTE:              | 21060903               |
| FECHA DE ANÁLISIS:    | 09-06-2021             |
| FECHA DE EXPIRACIÓN : | 04-2022                |

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

| PARÁMETRO                | REFERENCIA         | RESULTADO |
|--------------------------|--------------------|-----------|
| pH:                      | 7.0 ± 0.2          | APRUEBA   |
| Volumen:                 | 6.0 ± 0.5 mL       | APRUEBA   |
| Consistencia:            | Líquido            | APRUEBA   |
| Color del medio:         | Pardo Anaranjado   | APRUEBA   |
| Transparencia del medio: | Ligeramente Turbio | APRUEBA   |

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

| CEPAS UTILIZADAS                         | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--|-----------|---------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | APRUEBA   |               |
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 | APRUEBA   |               |
| <i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076 | APRUEBA   |               |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

**Karina Calderón San Martín**  
Jefe de Control de Calidad