

Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Combi plate Agar Columbia - Agar Cromo UTI
Nº CATÁLOGO:	285-660
Nº LOTE:	21060905
FECHA DE ANÁLISIS:	09-06-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	09-2021

CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	Base Sangre	Cromo UTI
	7.3 ± 0.2	7.0 +/- 0,2
Espesor:	≥ 3 mm	≥ 3 mm
Consistencia:	Agar Sólido	Beige a Pardo
Color del medio:	Rojo Brillante	Agar Sólido
Uniformidad del medio:	Uniforme	Uniforme
Transparencia del medio:	Opaco	Lig. Opalescente

CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	APRUEBA	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305	APRUEBA	
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	APRUEBA	
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón San Martín
Jefe de Control de Calidad