

Valtek S.A.

Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile

Tel: +(562) 2654 1100 / Fax: + (562) 2654 1199

[www.valtekdiagnostics.com](http://www.valtekdiagnostics.com) / [info@valtek.cl](mailto:info@valtek.cl)



## Certificado de Análisis

PRODUCTO:	Combi plate Agar Cromo UTI - Agar Cromo UTI
Nº CATÁLOGO:	285-111
Nº LOTE:	21060302
FECHA DE ANÁLISIS:	03-06-2021
FECHA DE EXPIRACIÓN :	12-2021

### CONTROL FÍSICO QUÍMICO

PARÁMETRO	REFERENCIA	RESULTADO
pH:	Cromo UTI 7.0 +/- 0,2	Cromo UTI 7.0 +/- 0,2
Espesor:	$\geq 3$ mm	$\geq 3$ mm
Consistencia:	Beige a Pardo	Beige a Pardo
Color del medio:	Agar Sólido	Agar Sólido
Uniformidad del medio:	Uniforme	Uniforme
Transparencia del medio:	Lig. Opalescente	Lig. Opalescente

### CONTROL RENDIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO

*Desarrollo y/o Inhibición y/o Características cepas de referencia*

CEPAS UTILIZADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	APRUEBA	
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	APRUEBA	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	APRUEBA	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	APRUEBA	
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305	APRUEBA	
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	APRUEBA	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	APRUEBA	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	APRUEBA	

Este producto ha sido aprobado para la ve

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

**Karina Calderón San Martín**  
Jefe de Control de Calidad