

Certificado de análisis

Producto	Lote											
Código producto	Fecha expiración			Fecha de control								
285-111	12/2021			23/06/2021								
Control físico químico												
Cromo UTI												
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final						
Beige a pardo	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente opalescente	≥ 3 mm	7.0 ± 0.2	Aprueba						
Cromo UTI												
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final						
Beige a pardo	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente opalescente	≥ 3 mm	7.0 ± 0.2	Aprueba						

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Cromo UTI-Cromo UTI
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias color natural (cremas)
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias rosa oscuro a rosado c/sin halo
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Colonias azul a azul oscuro
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias azul a azul oscuro
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305	Colonias café claro a beige con halo café
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386	Colonias rosa claro a rosado c/sin halo
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias pequeñas azul-verde a azul claro
	Colonias pequeñas azul-verde a turquesa

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad