

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Bilis Esculina con Vancomicina Placa</b>	21070602	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-020	08/05/2022	07-07-2021

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido	Uniforme	Levemente opalescente	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299	Colonias y medio color negro, Hidrólisis esculina (+)	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Inhibido	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad