

Certificado de análisis

Producto	Lote
Medio OF con glucosa	21071305
Código producto	Fecha expiración
285-840	14/05/2022
Fecha de control	
	14/07/2021

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mL)	pH referencia	pH final
Verde azulado	Agar semi-sólido	Uniforme	Levemente opaco	6.0 ± 0.2	7.1 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Fermentativo + gas	APRUEBA
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Oxidativo	APRUEBA
<i>Alcaligenes faecalis</i> ATCC 8750	Inerte	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad