

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar CLED	21081603	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-070	17/08/2022	18/08/2021

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde claro	Agar sólido	Uniforme	Transparente	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias ligeramente azul-amarillo	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias amarillas	APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias azul-verde (translúcidas)	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias amarillas	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias amarillas	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad