

## Certificado de análisis

| Producto                  | Lote             |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>Agar Cromo Strep B</b> | 21080602         |                  |
| Código producto           | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-125                   | 08/12/2021       | 09/08/2021       |

| Control físico químico |              |                       |                         |              |               |                |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Color del medio        | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final       |
| Gris-ámbar oscuro      | Agar sólido  | Uniforme              | Translúcido             | ≥ 3 mm       | 7.3 ± 0.2     | <b>APRUEBA</b> |

Este producto cumple con los parametros fisico químicos establecidos.

| Control microbiológico                     |                        |                |
|--|------------------------|----------------|
| Cepa control                               | Resultado              |                |
| <i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 12386 | Colonias malva         | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212    | Colonias azul metálico | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922         | Inhibido               | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028         | Inhibido               | <b>APRUEBA</b> |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad