



Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile  
Tel: +(562) 2654 1100  
[www.valtekdiagnostics.com](http://www.valtekdiagnostics.com) / [info@valtek.cl](mailto:info@valtek.cl)

## Certificado de análisis

Producto	Lote
<b>Phoenix AP ID Broth BD 448012</b>	21072906

Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-BD448012	30/01/2022	29/07/2021

---

### Control de esterilidad

---

Incubación por 24 hrs a 35°C

Sin crecimiento

**APRUEBA**

---

Este producto cumple parámetros establecidos por Becton Dickinson Chile

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karina Calderón".

Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad