

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
Suero Fisiológico Estéril 9.9mL	21081903	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-896	20/02/2023	23/08/2021

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Incoloro	Líquido	No aplica	Transparente	≥ 6 mL	No aplica	No aplica

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Buen crecimiento <b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Buen crecimiento <b>APRUEBA</b>
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Buen crecimiento <b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad