

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Cromo Candida</b>	21083001	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-133	03/03/2022	31/08/2021

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente opalescente	≥ 3 mm	6.1 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Colonias verdes	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Colonias azules	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	Colonias rosa-púrpura	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	Colonias lila claro	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad