

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Cromo-VRE	21101405	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-127	15/02/2022	18/10/2021

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Blanco	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	6.9 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido	APRUEBA
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Parcialmente inhibido	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299	Colonias pequeñas color malva	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad