

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar DNAsa	21110205	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-135	03/02/2023	03/11/2021

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde claro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias blancas sin halo
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias blancas con halo transparente

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad