

## Certificado de análisis

Producto	Lote	
<b>Agar Papa Dextrosa</b>	21102603	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-270	27/10/2022	28-10-2021 al 12-11-2021

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente turbio	≥ 3 mm	5.6 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Micelio negro y granuloso. Probable pigmentacion amarilla	<b>APRUEBA</b>
<i>Aspergillus fumigatus</i> ATCC 9197	Micelio verde-gris oscuro y aterciopelado. Probable pigmentacion ocre	<b>APRUEBA</b>
<i>Paecilomyces variotti</i> ATCC MYA-3630	Micelio amarillo-café y pulverulento	<b>APRUEBA</b>
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533	Micelio blanco y pulverulento. Probable pigmentacion rojiza	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad