

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Citrato Simmons	21120101	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-065	02/02/2023	01/12/2021

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mL)	pH referencia	pH final
Verde	Agar sólido tendido	No aplica	Levemente opaco	6.0 ± 0.5	6.9 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Superficie azul y/o medio completo azul	APRUEBA
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Superficie azul y/o medio completo azul	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad