

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar TCBS	21112402	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-385	25/09/2022	24/11/2021

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	8.6 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA
<i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC 17802	Colonias verde-azules	APRUEBA
<i>Vibrio vulnificus</i> ATCC 27562	Colonias verde-azules	APRUEBA
<i>Vibrio alginolyticus</i> ATCC 17749	Colonias amarillas	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad