

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Cromo Salmonella	22011305	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-120	14/01/2023	17/01/2022

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido		Ligeramente turbio	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	APRUEBA

*Presencia de precipitado, no afecta el uso previsto

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Colonias magenta-púrpura
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Colonias magenta-púrpura
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	*Mayormente inhibido colinias verde-azules
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	Mayormente inhibido colonias incoloras

*Colonia levemente pigmentadas

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad