

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar DNAsa</b>	22011301	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-135	14/04/2023	17/01/2022

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde claro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias blancas sin halo	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias blancas con halo transparente	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Colonias blancas sin halo	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad