



Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile
Tel: +(562) 2654 1100
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Selectivo Burkholderia (OFPBL)	21122003	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-031	21/10/2022	21/12/2021

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde claro	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	6.8 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Inhibido
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Inhibido
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido
<i>Burkholderia cepacia</i> ATCC 25416	Colonias amarillas

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad