

## Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar TSI	22021802
Código producto	Fecha expiración
285-410	19/12/2022
Fecha de control	
	21/02/2022

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Rojo anaranjado	Agar sólido tendido	No aplica	Translúcido	6.0 ± 0.5	7.4 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Medio amarillo/amarillo (A/A) + gas
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Medio rojo/amarillo (K/A) + H <sub>2</sub> S
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Medio rojo/amarillo (K/A) + gas + H <sub>2</sub> S
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Medio rojo/rojo (K/K)
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Medio rojo/amarillo (K/A)

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad