

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
Agar Telurito de K 55mm	22021604	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-387	17/05/2023	21/02/2022

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias negras	<b>APRUEBA</b>
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Colonias grises	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias negras	<b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad