



Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile
Tel: +(562) 2654 1100
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | | Lote |
| Phoenix AP ID Broth BD 448012 | | 22021601 |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-BD448012 | 17/08/2022 | 16/02/2022 |

Control de esterilidad

Incubación por 24 hrs a 35°C

Sin crecimiento

APRUEBA

Este producto cumple parámetros establecidos por Becton Dickinson Chile

Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad