

## Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agua Peptonada Alcalina pH 8.6	22030804	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-457	09/06/2023	09/03/2022

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Incoloro	Líquido	No aplica	Transparente	6.0 ± 0.5	8.6 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parámetros físicos químicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
Tiempo de incubación de 6 a 8 horas	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido
<i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC 17802	Buen crecimiento
<i>Vibrio vulnificus</i> ATCC 27562	Buen crecimiento
	<b>APRUEBA</b>
	<b>APRUEBA</b>
	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad