

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Chocolate base GC 90 mm	22041904	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-050	20/02/2023	19/04/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Café	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Buen crecimiento	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad