



Av. Marathon 1943, Ñuñoa, Santiago Chile
Tel: +(562) 2654 1100
www.valtekdiagnostics.com / info@valtek.cl

Certificado de análisis

| Producto | Lote |
|-----------------|------------------|
| Agar Cromo-VRE | 22042006 |
| Código producto | Fecha expiración |
| 285-127 | 21/08/2022 |

| Control físico químico | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|
| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
| Blanco | Agar sólido | Uniforme | Opaco | ≥ 3 mm | 6.9 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

| Control microbiológico | | |
|---|-------------------------------|---------|
| Cepa control | Resultado | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Candida tropicalis</i> ATCC 750 | Parcialmente inhibido | APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299 | Colonias pequeñas color malva | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.

Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad