

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Telurito de K Tubo	22040608	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-389	07/07/2023	11/04/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	6.0 ± 0.5	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Colonias negras	APRUEBA
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434	Colonias grises	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Colonias negras	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad