

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>
<b>Caldo Selenito Cistina</b>	22032303
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>
285-492	24/01/2023
	<b>Fecha de control</b>
	28/03/2022

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Pardo anaranjado	Líquido	No aplica	Ligeramente turbio	6.0 ± 0.5	7.0 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Parcialmente inhibido a las 18-24 hrs	<b>APRUEBA</b>
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad