

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Medio MIO	22040701	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-830	08/10/2022	07/04/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mL)	pH referencia	pH final
Púrpura	Agar semi-sólido	Uniforme	Translúcido	6.0 ± 0.2	6.5 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado
	Movilidad + Indol + Ornitina
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	(+ + +) APRUEBA
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	(- - -) APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad