

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar Müller Hinton II con Glucosa y Azul de Metileno</b>	22042301	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-255	24/04/2023	26/04/2022

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	4.0 ± 0.5 mm	7.3 ± 0.1	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	<b>APRUEBA</b>

Según referencia CLSI M44 3th Edition 2018

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad