

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Medio Tioglicolato con Indicador</b>	22051601	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-870	17/10/2022	17/05/2022

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Ligeramente amarillo	Líquido	No aplica	Transparente	6.0 ± 0.5	7.1 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Buen crecimiento	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad