

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Cromo Aureus MRSA	22061003	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-080	11/12/2022	14/06/2022

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Ligeramente opalescente	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 43300	Colonias celestes-azules	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad