

Certificado de análisis

Producto	Lote
Caldo Gram Negativos (GN)	22062004
Código producto	Fecha expiración
285-465	21/04/2023
	Fecha de control
	22/06/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Amarillo	Líquido	Homogéneo	Transparente	6.0 ± 0.5	7.0 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Buen crecimiento a las 6-24 hrs	APRUEBA
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Buen crecimiento a las 6-24 hrs	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Parcialmente inhibido a las 6-24 hrs	APRUEBA
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Buen crecimiento a las 6-24 hrs	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
Jefe Control de calidad