

Certificado de análisis

Producto	Lote
Combi plate Agar MacConkey- Agar Salmonella Shigella	22052704

Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-560	28/11/2022	30/05/2022

Control físico químico						
MacConkey						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa-rojo	Agar sólido	Uniforme	Translucido sin pp	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	Aprueba
Salmonella Shigella						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa beige	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	Aprueba

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico		Resultado	
Cepa control	SS	MacConkey	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Parcialmente inhibido	Colonias rojas-rosadas con pp	APRUEBA
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias color crema-rosado	Colonias rojo-rosado	APRUEBA
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Colonias incoloras transparente	Colonias grandes mucoides y rojas	APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias incoloras transparente	Colonias incoloras transparentes	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	Inhibido	APRUEBA
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Colonias incoloras con/pp negro	Colonias incoloras transparentes	APRUEBA
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Colonias incoloras transparente	Colonias incoloras o suave rosa	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido	Inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad