

## Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Müller Hinton Sangre	22070705	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-230	25/09/2022	11/07/2022

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
*Rojo	Agar sólido	Uniforme	Opaco	4.2 ± 0.3 mm	7.4 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

\*Color Rojo brillante levemente oscuro, no afect uso previsto

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
<i>Streptococcus pneumoniae ATCC 49619</i>	Según referencia CLSI M02 13th Edition 2018 y M100 32th Edition 2022 <b>APRUEBA</b>

Placa sin inocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad