

Certificado de análisis

Producto	Lote
Caldo Soya Tripticasa	22071505
Código producto	Fecha expiración
285-500	16/05/2023
Fecha de control	
	18/07/2022

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Amarillo	Líquido	Homogénero	Transparente	6.0 ± 0.5	7.3 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parámetros físicos químicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Buen crecimiento	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad