

Certificado de análisis

Producto	Lote
Combi plate Agar Sabouraud CAF- Agar Dermatofitos (DTM)	22070403

Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-590	05/07/2023	05-07-2022 al 20-07-2022

Control físico químico						
Sabouraud CAF						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige-pardo	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	5.6 ± 0.2	Aprueba
DTM						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Amarillo maranja	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	5.5 ± 0.2	Aprueba

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico		
Cepa control	Resultado	
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	Sabouraud CAF	DTM
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Colonias opacas y balncas	Inhibido
<i>Microsporum canis</i> ATCC 36299	Colonias cremosas y blancas	APRUEBA
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC 28188	Micelio blanco algodonoso con pigmento amarillo	APRUEBA
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC 9533	Micelio blanco pulverulento con pigmento marrón	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Micelio balnco algodonoso con pigmento rojizo	APRUEBA
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Inhibido	APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad