

## Certificado de análisis

Producto	Lote
Agar Cetrimida	22072204
Código producto	Fecha expiración
285-060	23/07/2023

Control físico químico						
Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Beige claro	Agar sólido	Uniforme	Transparente	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico	
Cepa control	Resultado
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Pigmento verde-azulado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Fluorescencia bajo UV (254 nm)
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido
	Parcialmente inhibido

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad