

Certificado de análisis

| Producto | Lote | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Agar Müller Hinton Sangre | 22072504 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-230 | 13/10/2022 | 27/07/2022 |

| Control físico químico | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
| Rojo | Agar sólido | Uniforme | Opaco | 4.2 ± 0.3 mm | 7.4 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

| Control microbiológico | |
|--|---|
| Cepa control | Resultado |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619 | Según referencia CLSI M02 13th Edition 2018 y M100 32th Edition 2022 |

Placa sin inocular (Incubada por 16 hrs a 35°C no se chocolatiza)

Este producto ha sido aprobado para la venta.

APRUEBA



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad