

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Agar Hektoen	22101203	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-160	13/08/2023	17/10/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Verde	Agar sólido	Uniforme	Translúcido	≥ 3 mm	7.5 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias naranja	APRUEBA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias naranja-salmon con halo	APRUEBA
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Colonias verde-azul	APRUEBA
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Colonias verde-azul con centro negro	APRUEBA
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Colonias verde-azul	APRUEBA
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Inhibido	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad