

Certificado de análisis

Producto	Lote	
Caldo Selenito Cistina	22093003	
Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-492	01/08/2023	04/10/2022

Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Pardo anaranjado	Líquido	No aplica	Ligeramente turbio	6.0 ± 0.5	7.0 ± 0.2	APRUEBA

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Parcialmente inhibido a las 18-24 hrs	APRUEBA
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Buen crecimiento	APRUEBA
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Buen crecimiento	APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad